



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
centro de diabetes
PARA PUERTO RICO

Decanato de Estudiantes, Primer Piso
Recinto de Ciencias Médicas, Universidad de Puerto Rico
Centro Médico de Puerto Rico
PMB #87, PO BOX 70344,
San Juan, PR 00936-8344
Tel (787) 773-8283
FAX (787) 773-8303

8 de junio de 2015

PERSONAL DE ENFERMERÍA
CLÍNICA DE NUTRICIÓN, AREA DE INVESTIGACIÓN
Y FISIÓLOGO DEL EJERCICIO
Centro de Diabetes para Puerto Rico

LCDR. RAMON PABÓN GARCÍA
Director Ejecutivo

USO CORRECTO BALANZA TANITA

Saludos cordiales. Para evitar que se dañe la TANITA, se les solicita que una vez la utilicen, le bajen la barra. Se adjunta una gráfica para orientación sobre su uso.

- ❖ El uso de la TANITA está autorizado única y exclusivamente al Personal Clínico del Centro.
- ❖ El uso inapropiado de ese equipo puede ocasionar problemas en el funcionamiento y daño de la TANITA.
- ❖ Cualquier persona autorizada que haga uso de este equipo será responsable de dejarla en la posición correcta.

Se tomarán medidas disciplinarias en caso de daño del equipo por uso inapropiado.

De necesitar alguna orientación sobre el buen uso de este equipo pueden referirse a la Licenciada Ana Pacheco, a las extensión 248.

/emg

cc. A Todo el Personal

Anejo



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
centro de diabetes
PARA PUERTO RICO

USO CORRECTO DE LA BALANZA TANITA

- El uso de la **TANITA** está **autorizado** **única y exclusivamente** al **personal clínico** del CDPR.
- El **uso inapropiado** de este equipo puede ocasionar **problemas** en el **funcionamiento y daño** de la TANITA.
- **Cualquier persona autorizada** que haga uso de este equipo **será responsable** de dejarla en la **posición correcta**.



Posición **incorrecta** de la barra para medir estatura.



Posición **correcta** de la barra para medir estatura.